

MarGage 402 / 404

钢制矩形量块套件

特性

- 垂直布置，节省空间

校准级 K 级

主要的工厂基准，特别是工厂计量实验室的校准基准，例如用于低等级量块的比对

0 级

用于满足极高精度的要求，在测试实验室和精密检测中心作为精度标准，对其他量块或高精度测量仪器进行校准

1 级

面向高精度要求。作为测量室的参考量块。用于执行特别精密的测量。用于校准带表量仪。用于检查精密量规

2 级

用于检查生产量规质量 IT6 和 IT7。用于车间和工具等产业中校准带表量仪和测量尺寸的精度

- 包装内容：带透明标签条的木盒，马尔校准证书
- 线性膨胀系数： $11.5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$



技术参数

订货号	型号	每套数量	精度等级	标称尺寸	增量	数量
4800400	402	32	0 含马尔校准证书	mm	mm	
				1.005	-	1
				1.01 - 1.09	0.01	9
				1.1 - 1.9	0.1	9
				1 - 9	1	9
				10 - 30	10	3
4800401	402	32	1 含马尔校准证书	1.005	-	1
				1.01 - 1.09	0.01	9
				1.1 - 1.9	0.1	9
				1 - 9	1	9
				10 - 30	10	3
				50	-	1
4800402	402	32	2 含马尔校准证书	1.005	-	1
				1.01 - 1.09	0.01	9
				1.1 - 1.9	0.1	9
				1 - 9	1	9
				10 - 30	10	3
				50	-	1
4800403DKS	402	32	K 含 DAKKS 校准证书	1.005	-	1
				1.01 - 1.09	0.01	9
				1.1 - 1.9	0.1	9
				1 - 9	1	9
				10 - 30	10	3
				50	-	1
4800000	404	46	0 含马尔校准证书	1.001 - 1.009	0.001	9
				1.01 - 1.09	0.01	9
				1.1 - 1.9	0.1	9
				1 - 9	1	9
				10 - 100	10	10
4800001	404	46	1 含马尔校准证书	1.001 - 1.009	0.001	9
				1.01 - 1.09	0.01	9
				1.1 - 1.9	0.1	9
				1 - 9	1	9
				10 - 100	10	10
4800002	404	46	2 含马尔校准证书	1.001 - 1.009	0.001	9
				1.01 - 1.09	0.01	9
				1.1 - 1.9	0.1	9
				1 - 9	1	9
				10 - 100	10	10
4800003DKS	404	46	K 含 DAKKS 校准证书	1.001 - 1.009	0.001	9
				1.01 - 1.09	0.01	9
				1.1 - 1.9	0.1	9
				1 - 9	1	9
				10 - 100	10	10



423



424

附件

订货号	描述	型号
4800130	量块维护附件	424
4800140	光学平面， $\varnothing = 45 \text{ mm}$	421
4800142	木钳，单个，处理量块时避免热传递	423



深圳思诚资源科技有限公司
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话/Tel:0769-22186189

网址/Web:www.sczy.com

邮箱/E-mail:sales@sczy.com

地址/Adr: 东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906

